



X0152701

001527-20

TIMOLO CRISTALLI FCC

A.C.E.F. Srl
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
http://www.acef.it
e-mail: acef@acef.it



C.F. e PARTITA IVA 01898070377
CAP. SOC. EURO 10.000 I.V.
R.I. PC 360354

AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA**Certificato Nr. 220814****Prodotto: 001527-20 TIMOLO CRISTALLI FCC****Lotto: X0152701 Data Produzione: 31/08/2024 Data Rianalisi: 31/08/2026**

| Saggi | Specifiche | Risultato |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Punto di fusione | 49,5 - 51,0 ° C | 49,9 |
| Residuo non volatile | <=0,05 % | 0,00 |
| Titolo | >=99,0 % | 100,0 |
| Punto di infiammabilità | > 100 | Conforme |
| Identificazione IR | Conforme al test | Conforme |
| Aspetto | Conforme | Conforme |

Nota:

Conforme a FCC 11
Complies with FCC 11**APPROVATO****12/02/2025**

12/02/2025

Pagina 1 di 1

Questo documento, prodotto elettronicamente, è valido senza firma e costituisce copia esatta, controllata e siglata sull'originale, del certificato di analisi del produttore/fornitore, conservato in accordo alle procedure aziendali certificate UNI EN ISO 9001

<<Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego non corretto dei prodotti da noi commercializzati>>