



IMS Srl - Micronizzazioni

IMS s.r.l. Micronizzazioni

Via Venezia Giulia 23
20157 Milano
Tel 0239002128
Fax 0239002132
Cap. Soc. €99.000i.v.

C.F. e P.IVA n.00923920151
Aut.Min.Sanità
Reg.Impr.n.151751 Trib.MI
R.E.A. 852403
e-mail: info@imsmicron.it

CERTIFICATO ANALISI N° S18P00353

Prodotto:	TRIAMCINOLONE ACETONIDE 99%<10µm-70%<5µm
Cliente:	NEWCHEM S.P.A.
N° lotto:	NY1697
Codice:	TAMD002N
Quantità:	72,94 Kg.
Lavorazione IMS N°	18S0103
Codice IMS	420103
Metodo di analisi	SOP-06-L-178-02
Versione Specifica	1
N° di analisi	AV180103SF
Strumento	LS13320 MLM

Saggio	Specifiche	Risultati
Identificazione (a o b o c)		
NIR	Positiva	Positiva
Granulometria		
%<5µm	>= 70 %	94 %
%<10µm	>= 99 %	99,99 %

Note: I dati sopra riportati sono stati ottenuti usando il metodo indicato e sono soggetti a possibili variazioni legate a metodo e condizioni analitiche.

CONCLUSIONI: PRODOTTO CONFORME A SPECIFICHE - LOTTO APPROVATO

Il responsabile CQ

Denis Carfora Approvato Data 09/07/2018

Il responsabile QA

Michele Urso Russo Approva Data 09/07/2018

Il presente certificato è firmato elettronicamente

MOD-01-L-012-1E in vigore dal 01/03/2018




I.M.S. Micronizzazioni srl

File name: C:\LS13320\samples\CERT_18\Newchem\Triamcinolone Acetonide\AV180103SF_01.\$av
File ID: AV180103SF
Sample ID: TRIAMCINOLONE ACETONIDE SOP-06-L-178-02
Operator: Silvia Mele
Comment: Prodotto finito
Sample info: Lotto NY1697 per Newchem in lavorazione 18S0103
Compliance: CONFORME NON CONFORME N.A.
Optical model: Fraunhofer.r780d
LS 13 320 Micro Liquid Module

Stirrer speed (Off) Run length: 30 seconds
Fluid: Water

Average of 3 files:

C:\LS13320\samples\Newchem\Triamcinolone Acetonide\18010309SF_01.\$ls
C:\LS13320\samples\Newchem\Triamcinolone Acetonide\18010310SF_01.\$ls
C:\LS13320\samples\Newchem\Triamcinolone Acetonide\18010311SF_01.\$ls



Volume Statistics (Arithmetic)

AV180103SF_01.\$av

Calculations from 0.375 µm to 2000 µm

Volume: 100%
Mean: 2.450 µm
Median: 2.123 µm
Mode: 2.539 µm

d₁₀: 0.911 µmd₅₀: 2.123 µmd₉₀: 4.431 µm

Handwritten signature
Queste

I.M.S. Micronizzazioni srl

Particle Diameter μm	AV180103SF _01.\$av Volume % <
5	94.0
8	99.5
10	99.99
15	100
20	100
45	100
50	100
60	100
100	100
200	100

Handwritten signature
7/20/18